

# 肥东县中医医院新院区建设项目一期工程 配套设备采购及安装第2包更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2026ADDHZ00020-2

原公告的采购项目名称：肥东县中医医院新院区建设项目一期工程  
配套设备采购及安装第2包

首次公告日期：2026年3月23日

## 二、更正信息

更正事项： 采购公告  采购文件  采购结果

更正内容：1、获取采购文件截止时间更正为：2026年4月23日09:00时。

2、提交（上传）投标文件截止时间（开标时间）更正为：2026年4月23日09:00时

3、提交（上传）投标文件地点（开标地点）更正为：合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东政务服务中心四楼C区4楼3号开标室

4、招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科综合动力系统”的“3、具备：00刀头、400刀头、400反向开口刀头、600刀头、1200刀头、喉刀头、带剥离子的下鼻甲刀头”更正为“3、刀头类型 $\geq$ 5种。”

5、招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科综合动力系统”的“二、钻头：★带注水和吸引孔，具备00高速钻头、150弯杆切割钻头、150弯杆金刚砂钻头（直径 $\leq$ 3mm）、550高速额窦钻头、700锥形金刚钻、带剥离子的鼻中隔钻头。”更正为“二、钻头：★带注水和吸引孔，钻头类型 $\geq$ 5种。”

6、删除招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科综合动力系统”

的“5、材料有碳钢，工具钢，不锈钢”参数要求。

7、招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科综合动力系统”“★4、配备≤2.9mm 剥离匙直刀柄下鼻甲刀头 1 把、≤2.9mm 18 度喉部刀头 1 把”变更为“★4、配备≤3.0mm 剥离匙直刀柄下鼻甲刀头 1 把、≤3.0mm 喉部刀头 1 把。”

8、招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科综合动力系统”“★5、配备≤3.5mm 120 度弯刀头 1 把，配备≤4mm 40 度弯刀头 1 把、≤4mm 60 度弯刀头 1 把”变更为“★5、配备≤4mm 120 度弯刀头 1 把，配备≤4mm 40 度弯刀头 1 把、配备≤4mm 60 度弯刀头 1 把。”

9、招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科等离子手术系统”的“6、具备球状立体电极，术中 360 度无死角消融切割。”变更为“6、具备球状立体电极。”

更正日期：2026 年 4 月 8 日

### 三、其他补充事宜

针对招标文件第三章采购需求中“耳鼻喉科综合动力系统”“2、主机界面采用一体化全触屏式智能操作≥7.0 英寸液晶显示屏。”的相关疑问。

回复：本参数为临床操作与人机交互必需，可降低污染与误操作风险，提升手术效率、安全性等。经过市场调研，广州帕玛、杭州索德、常州新迪诺等品牌均满足此条参数要求，不予修改，按招标文件执行。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解。

#### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

采购人：肥东县中医医院

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇人民路 18 号

联系方式：15209823706

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四

楼东北角

联系方式：0551-67758735

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘岳

电 话：0551-67758735